

仕様変更のご案内

水中の大腸菌および大腸菌群検査用

ECブルー100「ニッスイ」キャップ変更





謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、このたびECブルー100「ニッスイ」のキャップを変更しましたのでご案内いたします。なお、キャップ以外の容器本体やケースサイズ等の変更はございません。引き続きご愛用の程何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

	変更前	変更後
ボトル 容器	<p>キャップ (表)</p>  <p>キャップ (裏)</p>  <p>全長：97.0 mm 全高：16.0 mm 外径：φ54.0 mm[上部] 外径：φ54.0 mm φ46.6 mm[下部]</p>	<p>キャップ (表)</p>  <p>キャップ (裏)</p>  <p>全長：97.0 mm 全高：16.0 mm 外径：φ54.0 mm[上部] 外径：φ54.0 mm φ46.6 mm[下部]</p>

※キャップ内側に格子状のリブを追加しました。

※プラスチック材質に変更はありません。UV ランプ照射時の判定や菌の発育性などの検出性能は変更前と同等です。

【対象製品および変更ロット】

品名	用途	統一商品コード	製品コード	包装	変更開始ロット
ECブルー100「ニッスイ」	水中の大腸菌および大腸菌群検査用	302055937	05593	100mL用×80本	214***※

※製品名、製品コード、包装単位に変更はございません。

※214で始まるロット
以上

製造発売元


日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

カスタマーサポート TEL03-5846-5707